II-250-2-МТО

ПРОВЕРЕНО В 2020 ГОДУ



B(2:1)



1. H15; h15; ±IT15/2.
2. Внутренний диаметр $ø25^{+0,2}_{-0,5}$ обеспечить на глубину не менее 5мм.
3. Отметка ноль обратной шкалы равна по вместимости точечной отметке, что соответствует 225см³.
4. Номинальная вместимость – 250см³.
5. Полная вместимость – 270см³.
6. Предельные отклонения от полной и номинальной вместимости бутылки, а также от любой ее части, отмеченной оцифрованной отметкой, не должно быть более ±5%.
7. Масса бутылки, не более 240г.
8. *Размер для справок.
9. Контролируемые размеры: $160_{-1,6}$; $ø58_{-1,2}$; $ø25^{+0,2}_{-0,5}$; $ø34_{-1}$.

					II-250-2-МТО			
Изм.	Лист	N документ.	Подп.	Дата	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов ГОСТ 10782-85	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.		Маховская		10.01.17				
Проверил		Лебедев		17.03.17		Лист	Листов	
Гл. конст.								
Н. контр.						ООО"Солстек"		
Утв.		Гербач		22.03.2017.				

Согласовано:

Нач. ЦСВ	Федулов Д.В.	20.03.17.
Нач. СКК	Лаптева Е.Н.	20.03.2017.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
4360 И	5.04.17	

Работаем с 2020 г. от 200-210